8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы. Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные зажимы не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 8 мм или 5 мм (уточнять при заказе); штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Аппараты электрохирургические высокочастотные серии "ARC", модели: ARC PLUS, ARC 100, ARC 303, ARC 350, ARC 400 с принадлежностями, "БОВА-электроник ГмбХ & Ко.КГ", РУ № РЗН 2014/2050		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы

8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для зажимов и ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 8 мм или 5 мм (уточнять при заказе); штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Коагулятор электрохирургический высокочастотный HF с принадлежностями, "МГБ Эндоскопише Герэте ГмбХ Берлин", РУ № ФСЗ 2009/04482		
№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем) Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются

9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: трехполюсная вилка (Valleylab). Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа «джек»
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Аппарат электрохирургический высокочастотный медицинский "Трилокс", "Зерон Ко., Лтд.", РУ № РЗН 2018/7413 с учетом Приставки аргоноплазменной "Трилокс-Аргон" к электрохирургическим высокочастотным аппаратам с принадлежностями, "Зерон Ко., Лтд.", РУ № РЗН 2018/7118

№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем) Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы

3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы

11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек" или VALLEYLAB (уточнить при заказе)
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Аппарат электрохирургический высокочастотный Dixion Altafor Plus, с принадлежностями, "Зерон Ко., Лтд.", РУ № ФСЗ 2011/11193

№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем) Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы

5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы

13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек" или VALLEYLAB (уточнить при заказе)
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Аппараты электрохирургические SENSITEC с принадлежностями, ЛЕД СпА, РУ № ФСЗ 2011/09724

№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем) Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы

8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблиц
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек"
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Аппараты высокочастотные хирургические серии MBC, мод.: MBC 600, MBC 601 с принадлежностями, "Зёринг ГмбХ", РУ № РЗН 2014/1654		
№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем) Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются

9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Аппараты высокочастотные хирургические модели ARCO мод.: ARCO 1000, ARCO 2000, ARCO 3000 с принадлежностями РЗН 2014/1653		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем) Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы

3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы

11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO, варианты исполнения VIO 200 D, VIO 300 D с принадлежностями, ЭРБЭ Электромедицин ГмбХ, РУ № РЗН 2014/2146

№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем) Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы

5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются.
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) Применяются монополярные инструменты из комплекта аппарата или производства ООО "ФОТЕК" с штекерами, совместимыми с инструментальной частью держателя, выбираемые из разделов №1 и №2 таблицы
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы

13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек" или VALLEYLAB (уточнить при заказе)
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: штекер 4 мм; трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Коагулятор электрохирургический ERBE, серия VIO, с принадлежностями (см. Приложение на 7 листах) I. Коагулятор электрохирургический ERBE, серия VIO, исполнения: VIO 50 C, VIO 100 C, "ЭРБЭ Электромедицин ГмбХ", РУ № ФСЗ 2010/06820

№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10

7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; – для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 5 мм; трехполюсная вилка (Valleylab)
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм; коаксиальный разъём 12,5 мм ERBE
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек" или VALLEYLAB (уточнить при заказе)
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 3 с принадлежностями, "ЭРБЭ Электромедицин ГмбХ", РУ № РЗН 2017/6413		
№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются

9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; – для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 5 мм; трехполюсная вилка (Valleylab).
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм; коаксиальный разъём 12,5 мм ERBE
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек" или VALLEYLAB (уточнить при заказе)
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: штекер 4 мм (MARTIN); трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Аппарат радиохирургический ВМ-780 II с принадлежностями, Саттер Медицинтехник ГмбХ, РУ № ФСЗ 2010/06324		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем) Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы

3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: защищённый штекер 4 мм (MARTIN)

11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Коаксиальный разъём 8 мм, MARTIN
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек"
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Аппарат радиохирургический CURIS с принадлежностями, Саттер Медицинтехник ГмбХ, РУ № ФСЗ 2010/06325		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы

6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 8 мм; трехполюсная вилка (Valleylab)
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек"

14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Аппарат электрохирургический комбинированный с монополярным и биполярным режимами с принадлежностями, "Эскулап АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/04364		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы

8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: защищённый штекер 4 мм (MARTIN); трехполюсная вилка (Valleylab)
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм; коаксиальный разъём 8 мм, MARTIN
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек"
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: штекер 4 мм (MARTIN); трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Аппарат электрохирургический биполярный с принадлежностями, "Эскулап АГ", Германия, РУ № ФСЗ 2009/04442		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Не применяется
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Не применяется
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Не применяется
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Не применяется
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы. Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы. Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются.

9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Не применяется
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Не применяется
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Не применяется
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Платформа энергетическая серии FT Valleylab FT10 с принадлежностями, "Ковидиен Ллс", РУ № РЗН 2017/5614		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы

4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 8 мм; трехполюсная вилка (Valleylab)

11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм Применяются только зажимы для лигирования с кабелем, указанные изготовителем
12	Нейтральные электроды	Неразделённые НЭ не применяются
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Платформа энергетическая серии FX Valleylab FX8, "Ковидиен ЛЛС", РУ № РЗН 2019/8046		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы

6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы. Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы. Зажимы для лигирования крупных сосудов не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 8 мм; трехполюсная вилка (Valleylab)
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм
12	Нейтральные электроды	Неразделённые НЭ не применяются
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB

14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)

Генератор электрохирургический ESG-410 с принадлежностями, "Олимпас Винтер энд Ибе ГмбХ", РУ № РЗН 2022/18411

№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы

8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для зажимов и ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы. Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; – для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 8 мм; защищённый штекер 4 мм (MARTIN); трехполюсная вилка (Valleylab)
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм; коаксиальный разъём 8 мм (MARTIN)
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Аппарат радиочастотный электрохирургический "Surgitron Dual EMC 90" с принадлежностями, "Сайношур, ЛЛС.", РУ № ФСЗ 2012/12426		
№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования не применяются

9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; – для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: трёхполюсная вилка (ELLMAN)
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: вилка с двумя штекерами (ELLMAN)
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Прибор электро-радиохирургический «Surgitron-DF 120» с принадлежностями, "Сайношур, ЛЛС.", РУ № РЗН 2015/2942		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы

3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: трёхполюсная вилка (ELLMAN)

11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: вилка с двумя штекерами (ELLMAN)
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы.
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа VALLEYLAB
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Прибор портативный для электро-радиохирургии "Сургитрон", "Сайношур, Инк. Дба Эллман", РУ № ФСЗ 2008/02473		
№	**Группа ВЧ инструмента**	**Условия совместимости**
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы.
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Не применяется
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Не применяется

5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Зажимы для лигирования не применяются
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы. Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; – для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 4 мм
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Применяется кабель из комплекта аппарата
12	Нейтральные электроды	Применяется НЭ из комплекта аппарата
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Применяется кабель из комплекта аппарата

14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Не применяется

Аппарат электрохирургический высокочастотный ME 402 maxium или maxium smart C с принадлежностями, "Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ", РУ № РЗН 2016/4880

№	Группа ВЧ инструмента	Условия совместимости
1	Монополярные инструменты (электроды): - с прямыми, изогнутыми и байонетными стержнями, с рабочей частью в виде шарика, пуговки, шарика с антипригарными свойствами (CLEANTips®), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), ножа (ланцета, лопатки, шпателя) изогнутого, иглы, иглы изогнутой, крючка, стержня, проволочной петли в форме круга, полукруга, паруса (конизатора), овала, ромба, квадрата, треугольника; - с каналом для аспирации (ирригации)	Штекер 4 мм, 2,4 мм, 1,6 мм выбирается в соответствии с держателем (кабелем). Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
2	Монополярные инструменты (электроды) для лапароскопических применений: - с рабочей частью в виде крючка, шарика, иглы, ножа (ланцета, лопатки, шпателя); - с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм и внешним диаметром присоединительной части корпуса не более 10,5 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с инструментальной частью под штекер 4 мм и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы
3	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции и хирургии прямые, изогнутые, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №14 таблицы
4	Монополярные инструменты (электроды): - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы); - для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жесткие, с рабочей частью в виде сопла с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы), ножа (ланцета, лопатки, шпателя), иглы; - для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических применений гибкие зонды, с прямым (аксиальным) и боковым (латеральным) направлением потока газа (факела плазмы)	Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для лапароскопических применений жестких: применяется держатель (кабель) с инструментальной частью под штекер 4 мм из комплекта аппарата, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №14 таблицы Для монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии для эндоскопических применений жестких и гибких зондов: применяется специальный держатель (кабель) из комплекта аппарата или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК", выбираемый из раздела №14 таблицы
5	Удлинители электродов	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела №10 таблицы
6	Монополярные инструменты (электроды): - пинцеты с соединителем или контактом для касания	Для пинцета со штекером: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под штекер 4 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, и инструментальной частью под штекер 4 мм, выбираемый из раздела таблицы №10
7	Биполярные инструменты (электроды): - пинцеты прямые, байонетные прямые (штыкообразные), байонетные конусные с прямыми и загнутыми кончиками, в том числе пинцеты с антипригарными свойствами (CLEANTips®); - пинцеты с каналом для ирригации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт" (кроме пинцетов "нейро"), или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью, и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы. Для пинцетов "нейро": применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "US standart", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы.

8	Биполярные инструменты (электроды): - зажимы для лигирования крупных сосудов (биполярные инструменты для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - ножницы; - игольчатые, игольчатые байонетные, игольчатые изогнутые	Для зажимов и ножниц: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью для подключения инструментов с двумя штекерами 2,6 мм, или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №10 таблицы Для игольчатых биполярных инструментов: применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы
9	Биполярные инструменты (электроды): - для лапароскопических применений разборные, с рабочей частью (рабочей вставкой) в виде зажима, диссектора, пинцета, ножниц, в том числе их составные части – рукоятки, тубусы, рабочие вставки, адаптеры; - для лапароскопических применений с рабочей частью в виде шарика, крючка; - для артроскопических применений с рабочей частью в виде крючка, площадки, в том числе с каналом для аспирации	Применяется держатель (кабель) из комплекта аппарата с инструментальной частью под соединитель типа "евростандарт", или держатель (кабель) производства ООО "ФОТЕК" с аналогичной инструментальной частью и аппаратной частью, совместимой с данным аппаратом, выбираемый из раздела №11 таблицы Биполярные инструменты для артроскопических применений не используются
10	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов), в том числе с кнопками управления; - для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов); - для подключения инструментов для гибких эндоскопов и резектоскопов; - для подключения инструментов с аспирационно-ирригационным каналом; - адаптеры	Аппаратная часть: штекер 5 мм или 8 мм (уточнять при заказе); трехполюсная вилка (Valleylab)
11	Держатели (кабели): - для подключения биполярных инструментов (электродов) (пинцетов); - для подключения биполярных лапароскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных артроскопических инструментов (электродов); - для подключения биполярных ножниц; - для подключения зажимов для лигирования крупных сосудов (биполярных инструментов для технологии «ТЕРМОШОВ®»); - для подключения биполярных резектоскопов; - адаптеры	Аппаратная часть: двухполюсная вилка с межконтактным расстоянием 28,58 мм, диаметр контактов 4 мм; коаксиальный разъём 8 мм, MARTIN
12	Нейтральные электроды	Допускается использовать только при наличии разрешения в Руководстве по эксплуатации на аппарат применения неразделённых НЭ. Применяется кабель производства ООО «ФОТЕК», совместимый с данным аппаратом, выбираемый из раздела №13 таблицы
13	Кабели для подключения нейтральных электродов	Аппаратная часть типа "джек" или VALLEYLAB (уточнить при заказе)
14	Держатели (кабели): - для подключения монополярных инструментов (электродов) для аргонусиленной коагуляции и хирургии, в том числе с кнопками управления; - для подключения монополярных инструментов (электродов) жестких и гибких (зондов) для аргонусиленной коагуляции для эндоскопических (лапароскопических) применений	Аппаратная часть: трехполюсная вилка (Valleylab) (кроме держателей (кабелей) для зондов)