КЛИНИКА ДОКТОРА ШАТАЛОВОЙ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ

Лицензия № ЛО-55-01-001773 МЗ Омской области от 05.10.2015 г. (бессрочно)

ООО « Клиника доктора Шаталовой. Гинекологическая эндокринология и репродукция»
ИНН 5503076502 КПП 550301001
ОКПО 71067717 ОКВЭД 85.12
ОГРН 1035504022707
р/с 40702810700000002365 в банк «СИБЭС» (АО г. Омск)
к/с 30101810200000000713
БИК 045209713
644007, г. Омск, ул. Яковлева, 143.
Тел. (регистратура): +7(3812)770-570, 770-571,
+7-905-923-12-22, +7-908-102-50-12
Т/ф. (бухгалтерия): +7(3812) 770-572
www.dr-shatalova.ru

24 ноября 2016 г.

ОТЗЫВ
о клиническом применении аппарата электрохирургического высокочастотного с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140-«ФОТЕК» по ТУ 9444-009-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК»

ООО «Клиника доктора Шаталовой. ГЭиР» является узкоспециализированным учреждением амбулаторного профиля, занимающимся вопросами гинекологической эндокринологии и репродуктологии, а также проблемами патологии шейки матки.

С ООО «Фотек» мы сотрудничаем с 2004 года. В течение 10 лет мы успешно пользовались аппаратом электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-300-03 «Фотек» по ТУ 9444-003-41747567-01 (2004 года выпуска), который зарекомендовал себя в качестве очень надежного прибора, который ни разу за указанный период не подвергся ремонту, проходя исключительно плановое техобслуживание.

В связи с обновленными подходами к диагностике и терапии патологических состояний шейки матки, влагалища и вульвы, когда на лидирующие позиции вышли методы радиоволновой хирургии и аргоноплазменной коагуляции и нам потребовалось провести переоснащение «Кабинета патологии шейки матки» в соответствие с современными требованиями, у нас не было колебаний в выборе фирмы-производителя. ООО «Фотек» за это время зарекомендовало себя не только как производитель качественного медицинского оборудования, но и как надежный поставщик всех необходимых расходных составляющих.

В августе 2014 г. мы приобрели аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140 «ФОТЕК» по ТУ 9444-009-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК», а также держатель монополярных электродов (ЕН341-3), педаль двухклавишную МОНО-1 (ЕР202-1) для управления ими и держатель монополярных электродов с кнопками управления для аргоноплазменной коагуляции (ЕН358-1).

Комплект электродов мы формировали индивидуально, в него вошли электрод ля аргоноплазменной коагуляции 160 мм с прямым факелом (ЕМ501), электроды-шарики антипригарные CLEANTips 1 мм (ЕМ115С), 2 мм (ЕМ116С), 2 мм с удлиненным стержнем (ЕМ150С) и 4 мм с удлиненным стержнем (ЕМ151С); электроды-петли 5х0,3 мм с удлиненным стержнем (ЕМ156), 10х0,3 мм с удлиненным стержнем (ЕМ157), электрод-парус для конизации средний 0,3 мм (ЕМ158), электрод-петля LLETZ 15х0,3

мм (ЕМ 211). Остальные электроды (большой и малый электроды-парусы, другие электроды-петли, электрод-ромб, электроды-иглы и электроды-шарики (большой, малый и средний) уже имелись в нашем распоряжении и оказались абсолютно совместимы с новой моделью «Фотека», чем мы были приятно удивлены. По нашему опыту, наиболее удобными для лечений шейки матки оказались удлиненные прямые электроды.

В дополнение к ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК», для обеспечения безопасности работы персонала и предотвращения инфицирования верхних дыхательных путей врача-исполнителя, мы приобрели аппарат для аспирации дыма АСД-«Фотек» по ТУ 9444-015-41747567-2010.

Ежегодно в ООО «Клиника доктора Шаталовой. ГЭиР» выполняется от 1400 до 2100 манипуляций, наиболее часто встречающихся в практике кольпоскописта, к которым относятся прицельные петлевые биопсии шейки матки, аргоноплазменные аблации и эксцизии шейки матки и лечение кондиломатоза вульвы. Приобретение ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК», который совмещает методы широполосной радиоволновой хирургии (ШРХ) и аргонусиленной аблации (АПА) позволило производить все перечисленные процедуры в максимально щадящем объеме и избежать многих осложнений.

В нашей практике чаще всего мы применяем следующие режимы «РЕЗАНИЕ» (при проведении прицельных петлевых биопсий шейки матки и удаления мелких образований вульвы с целью получения адекватного и качественного гистологического материала), режимы «СМЕСЬ» (чуть реже) и «СМЕСЬ 1» (часто, в основном при проведении эксцизий шейки матки и удалении более крупных образований влагалища и вульвы), а также «СПРЕЙ» и «ФУЛЬГУР» при проведении АПК. Режим биполярной коагуляции доступен, но не используется в связи с достаточными возможностями вышеперечисленных методов в рамках объема инвазивных вмешательств, выполняемых в нашем учреждении (+ см. ниже).

Очень понятный и доступный интерфейс аппарата электрохирургического высокочастотного с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140 «ФОТЕК» по ТУ 9444-009-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК», удобство и простота его использования, эргономичные манипуляторы и сочетание различных видов энергии (монополярной, биполярной и аргоноплазменной коагуляции) в одном приборе по принципу «все что нужно под рукой», безусловно, повышают эффективность и качество работы хирурга.

Достоинствами метода ШРХ в диагностике и лечении патологических состояний шейки матки, влагалища и вульвы являются: возможность качественного взятия материала для гистологического исследования (без обугливания тканей с синхронным адекватным гемостазом), коагуляция мелких сосудов одновременно с их рассечением, практически бескровное операционное поле, быстрота проведения оперативного вмешательства, стерилизующий эффект радиоволны, практически полное отсутствие задымленности операционного поля и запахов. Во время процедур с минимальным объемом вмешательства (точечных прицельных радиоволновых биопсиях и АПА шейки матки) болевые ощущения у пациентов были минимальны и не требовали проведения обезболивания (даже эмоционально лабильные пациентки отмечали лишь ощущения «покалывания» или легкий дискомфорт в низу живота). Раневой экссудат после процедуры носил характер скудных светлых кровянистых выделений. При отторжении пленки с раневой поверхности (в среднем на 8-9 сутки) во всех случаях кровянистые выделения были мажущими и не требовали дополнительных гемостатических мероприятий.

Как известно, при АПА энергия электромагнитного поля высокой частоты передается на ткань бесконтактным способом с помощью ионизированного газа аргона, за счет физико-химических свойств которой достигается равномерная коагуляция на строго контролируемой глубине от 0,5 до 3 мм. При использовании данного метода полная эпителизация происходила в очень короткие сроки (шейки матки - через 12-45 дней; при лечении кондиломатоза вульвы в течение 7-14 дней); формирования рубцов и деформаций не было отмечено ни в одном случае. Все это позволяет широко использовать данный метод по показаниям и у молодых нерожавших женщин.

Кроме этого, АПА обеспечивает быстрый и надежный гемостаз, в связи с чем мы практически отказались от стандартного гемостаза электродами-шариками и еще ни разу нам не приходилось использовать режим биполярной коагуляции (максимальный по эффективности, который может обеспечить данный аппарат, и который тоже доступен в нашей комплектации) в качестве резервного метода остановки кровотечений при вышеперечисленных объемах выполняемых нами манипуляций.

В целом, аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией ЭХВЧа-140 «ФОТЕК» по ТУ 9444-009-41747567-2005 в исполнении ЭХВЧа-140-02-«ФОТЕК», за счет сочетания двух современных методов воздействия (широкополосной радиоволновой хирургии и аргоноплазменной коагуляции) существенно расширяет лечебные и диагностические возможности, доступные врачу, занимающему вопросами патологии шейки матки, влагалища и вульвы, в том числе в амбулаторных условиях; повышает эффективность и качество работы хирурга за счет удобства и простоты использования и благодаря пользовательски ориентированной конструкции аппарата.

Высокоэффективный современные методы ШРХ и АПК, объединенные в ЭХВЧа-140 «ФОТЕК», обладая хорошим уровнем переносимости и безопасности, обеспечивают сохранение анатомии и функции органа после лечения и позволяют предложить их к широкому применению для терапии различных заболеваний шейки матки, влагалища и вульвы у женщин различных возрастных групп.

Отдельно нам также хотелось бы искренне поблагодарить компанию «Фотек», в лице менеджера Литвиновой Александры Викторовны, за профессионализм и грамотное консультирование на этапе формирования заказа и, в лице сервисного инженера Охотина Сергея Евлампиевича, - за высококачественно проведенные пуско-наладочные работы, профессиональный и доступный вводный инструктаж персонала и последующее эффективное и дружелюбное дистанционное консультирование.

Таким образом, на основании собственного положительного опыта сотрудничества с ООО «Фотек» мы можем рекомендовать производимое данной компанией оборудование к широкому использованию в клинической практике.

И. о. главного врача
ООО «Клиника доктора Шаталовой. ГЭиР» Шаталова С. Б.