



Серия АА

0001011

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ФС № 2011/ 073

от «10» мая 2011 г.

«Способ профилактики осложнений операции кесарева сечения на основании применения широкополосной радиоволновой хирургии и аргоноплазменной коагуляции»

Разрешение выдано на имя:

- Муниципальное учреждение «Детская городская больница № 10» (620066, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д.9).
- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» (454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д.64; 454052, г. Челябинск, ул. Черкасская, д.2).
- Государственное учреждение здравоохранения г. Москвы родильный дом № 25 Управления здравоохранения Юго-Западного административного округа (119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д.6, стр.1).

Показание к использованию медицинской технологии:

- Проведение операции кесарева сечения.

Противопоказания к использованию медицинской технологии:

- Наличие электрокардиостимулятора.
- Заболевания кожи, исключающие использование нейтрального электрода.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Продолжение

Лист 2 из 2

ФС № 2011/ 073

от « 20 » мая 2011 г.

Возможные осложнения при использовании медицинской технологии и способы их устранения:

- Ожоги в месте наложения нейтрального электрода - лечение ожога по общепринятым схемам.
- Возобновление кровотечения - увеличить время воздействия факелом; применить контактный биполярный метод коагуляции; применить метод лигирования сосуда в ране.
- Электротравма - соблюдение техники безопасности персоналом лечебных учреждений.

Врио руководителя



(подпись, печать)

Е.А.Тельнова