

Отзыв о клинической апробации низкочастотного аппарата АК-100
“Фотек”, ветеринарный кабинет Дружок, г.Арамиль

Мы использовали аппарат при промывании гнойной раны после самопроизвольного вскрытия абсцесса при воспалении молочной железы (мастит) у собаки.

При ультразвуковом орошении раны кавитационной струей эффективно удаляются бактериальные загрязнения, легче удаляются некротизированные ткани. Ускоряется процесс заживления осложненной микрофлорой раны.

Для промывания и орошения мы использовали раствор диоксидина в разведении 1 :20.

Обработку проводили без седации животного в течение недели каждый день, потом 2-3 раза в неделю.

Заживление раны происходило по вторичному натяжению гораздо быстрее обычного, без осложнений, без беспокойства со стороны животного.

Прибор прост и удобен в применении, может быть рекомендован для применения в ветеринарных клиниках.

ветеринарный врач



Курильщикова А.В.